



Nº / ANO DA PROPOSTA:
020428/2026

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
Fundamenta-se na premissa de que o diagnóstico prévio das doenças do aparelho digestório é o pilar do tratamento eficaz, elevando as chances de cura e a qualidade de vida. Além disso, a proposta alinha-se às diretrizes de humanização e eficiência do SUS ao promover tratamentos minimamente invasivos para neoplasias e obstruções biliopancreáticas, o que evita procedimentos cirúrgicos de grande porte, reduz o tempo de ocupação de leitos cirúrgicos e viabiliza a reinserção social precoce do usuário.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A proposta alinha-se à PNAES (Portaria GM/MS 1.604/2023), atendendo à diretriz de modernização do parque tecnológico para assegurar um cuidado resolutivo e de qualidade. Converge com o Plano Nacional de Saúde (2024-2027) ao prover a infraestrutura necessária para a ampliação do acesso à atenção especializada. Esta atualização tecnológica no HCFMUSP corrobora com a diretriz federal de renovação do parque tecnológico para a assistência diagnóstica e terapêutica no SUS.

PÚBLICO ALVO:
O perfil epidemiológico de atendimento é de pacientes SUS, encaminhados pela rede para os tratamentos especializados e de alta complexidade de doenças gastrointestinais.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
O Serviço de Endoscopia do HCFMUSP apresenta fragilidade estrutural pela obsolescência e desgaste de equipamentos de alta densidade tecnológica. O intenso volume assistencial e acadêmico eleva o risco de descontinuidade do cuidado e compromete a segurança diagnóstica e a capacidade resolutiva da unidade. A modernização do parque tecnológico é imperativa para mitigar riscos de paralisação técnica e manter a infraestrutura necessária aos procedimentos de alta complexidade.

RESULTADOS ESPERADOS:
Espera-se aprimorar a qualidade diagnóstica e a segurança nos procedimentos terapêuticos realizados na Divisão de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctologia. Os resultados pretendidos incluem a otimização do fluxo de atendimento para casos de alta suspeição de neoplasias malignas do trato digestório, e a garantia de um ambiente de ensino de excelência para os médicos-residentes do HCFMUSP no âmbito do SUS.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE		
CPF DO RESPONSÁVEL: 131.926.798-08	NOME DO RESPONSÁVEL: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Ed. Sede Ministério da Saúde Bloco G Gabinete		CEP DO RESPONSÁVEL: 70058-900	

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 56.577.059/0001-00					
Razão Social do Proponente: FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA					
Endereço Jurídico do Proponente: AVENIDA REBOUCAS, 381					
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	Código Município: 7107	CEP: 05401000	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone: 1130164949
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA		Agência: 1897-X	Conta Corrente: 240702		
CPF do Responsável: 013.168.298-98	Nome do Responsável: ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR				
Endereço do Responsável: RUA PENSILVANIA, 742, AP 152 - BROOKLIN				CEP do Responsável: 04564000	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 500.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2026	R\$ 500.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	03/06/2026	
FIM DE VIGÊNCIA:	25/11/2027	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2027	

6 - PLANO DE TRABALHO**Meta nº: 1**

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 500.000,00
Início Previsto: 03/06/2026		Término Previsto: 25/11/2027	Valor Global: R\$ 500.000,00
UF: SP	Município: 7107 - SÃO PAULO		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 500.000,00	Início Previsto: 03/06/2026
			Término Previsto: 25/11/2027

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE**

MÊS DESEMBOLSO: Julho		ANO: 2026
META Nº: 1		VALOR DA META: R\$ 500.000,00
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:		PARCELA Nº: 1

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA**

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011268-Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA REBOUCAS, 381				
CEP: 05401-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SÃO PAULO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 500.000,00	V.TOTAL: R\$ 500.000,00

OBSERVAÇÃO: 1. Especificações Técnicas Mínimas

Conjunto para Exames de Videoendoscopia (01 conjunto)

Composto por: rack com nobreak, monitor médico, processadora de imagem, fonte de luz e 02 videogastroscópios flexíveis de alta definição.

Rack com nobreak:
Estrutura em aço carbono ou similar, com prateleiras para acomodação dos equipamentos, suporte articulado para monitor, suporte para teclado, 04 rodízios com diâmetro mínimo de 4" (02 com trava) e pintura eletrostática a pó. Nobreak compatível para alimentação segura dos equipamentos. Incluso 01 teste de vazamento (leak test).

Monitor:
Grau médico, com tela LCD de tamanho mínimo de 24", resolução 1920x1080 pixels (Full HD/HDTV), entradas e saídas de vídeo compatíveis com o sistema ofertado.

Processadora de Imagem:
Aplicável a procedimentos diagnósticos e terapêuticos em duodenoscopia, broncoscopia, gastroscopia, colonoscopia, ecoendoscopia e ecobroncoscopia. Processamento digital de imagens por CCD colorido em alta definição (HDTV). Deve possuir entrada USB ou cartão de memória e saída digital para gravação e transferência de imagens. Recursos obrigatórios: prontuário eletrônico para registro de dados do paciente; sistema de cromoendoscopia digital (eletrônico) ou óptico para realce de vascularização; congelamento de imagem; redução de reflexos e brilhos excessivos; agenda eletrônica com capacidade mínima para 40 pacientes; contraste em pelo menos 3 níveis; realce de estrutura e contornos; controle automático de ganho; zoom eletrônico mínimo de 1,5x; identificação do endoscópio; balanço de branco (white balance); acionamento remoto de periféricos. Acessórios inclusos: 01 teclado alfanumérico com proteção ou touch via ecrã; 01 cabo de transmissão de imagem; 01 dispositivo para balanço de branco; 01 bujão d'água autoclavável.

Fonte de Luz:
Compatível com a processadora ofertada. Deve possuir indicador digital de funções no painel. Lâmpada principal xênon de 300W (arco curto, livre de ozônio) ou sistema equivalente com no mínimo 4 LEDs, além de lâmpada de emergência (halógena, xênon ou equivalente). Resfriamento por ar forçado. Ajuste de intensidade de luz manual e automático. Sistema de insuflação de ar com 4 níveis (desligado, baixo, médio e alto) e fornecimento de água por pressurização ou recipiente descartável.

Videogastroscópio Flexível ? 02 unidades:
Compatível com a processadora e fonte de luz ofertadas. Deve possuir CCD colorido Full HD, compatível com cromoscopia digital ou óptica, conexão one step e canal auxiliar de irrigação direta (water jet). Especificações aproximadas: visualização frontal; campo de visão de 140°; profundidade de campo de 2 a 100 mm; diâmetro da ponta distal entre 9,2 e 9,8 mm; diâmetro do tubo de inserção de 9,8 mm; canal de biópsia com diâmetro interno de 2,8 mm; comprimento de trabalho de 1030 mm; comprimento total de 1345 mm; angulações: 210° para cima, 90° para baixo, 100° para direita e 100° para esquerda. Distância mínima da pinça de biópsia visível a partir da ponta de 2 mm. Compatível com unidades eletrocirúrgicas. Acompanham tampas de vedação, conectores, válvulas, kit de limpeza, manual e demais acessórios para pleno funcionamento.

Características Elétricas:
Alimentação bivolt automática ou comutável 127V/220V, 60 Hz; cabo padrão NBR 14136; conformidade com a norma NBR IEC 60601-1. Devem ser fornecidos certificados de calibração e segurança elétrica, além de checklist pertinente.ESPECIFICAR: SIM

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 500.000,00		

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS