



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

021072/2026

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

A renovação da infraestrutura garante a continuidade da prestação de serviços laboratoriais com qualidade, em linha com as políticas públicas de saúde e com o compromisso do HCFMUSP (CNES: 2078015) de oferecer diagnóstico eficiente e seguro aos usuários do SUS.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A proposta está alinhada à diretriz de fortalecimento da atenção especializada, promovendo melhorias na capacidade diagnóstica e biossegurança. Atende também a critérios de sustentabilidade, com redução de custos operacionais relacionados à manutenção.

PÚBLICO ALVO:

Pacientes atendidos pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, abrangendo usuários ambulatoriais, internados, atendimentos de alta complexidade e vigilância epidemiológica, todos dependentes dos exames laboratoriais de apoio diagnóstico.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Alta frequência de falhas e chamados técnicos nos equipamentos atuais, inviabilidade de manutenção por obsolescência e potencial impacto direto na conservação de materiais sensíveis.

RESULTADOS ESPERADOS:

Redução de custos com manutenção corretiva, aumento da confiabilidade na conservação de insumos e amostras, prevenção de perdas para os setores contemplados e maior fluidez nos processos dos setores envolvidos, assim como a melhoria da qualidade dos exames realizados para os pacientes atendidos pelo SUS.

1 - DADOS DO CONCEDENTE**CONCEDENTE:**

36000

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:

MINISTERIO DA SAUDE

CPF DO RESPONSÁVEL:

131.926.798-08

NOME DO RESPONSÁVEL:

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:

Ed. Sede Ministério da Saúde Bloco G Gabinete

CEP DO RESPONSÁVEL:

70058-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 56.577.059/0001-00					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA REBOUCAS, 381					
CIDADE: SÃO PAULO	UF: SP	CÓDIGO MUNICÍPIO: 7107	CEP: 05401000	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/TELEFONE: 1130164949
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA		AGÊNCIA: 1897-X	CONTA CORRENTE: 241008		
CPF DO RESPONSÁVEL: 013.168.298-98	NOME DO RESPONSÁVEL: ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA PENSILVANIA, 742, AP 152 - BROOKLIN				CEP DO RESPONSÁVEL: 04564000	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 698.344,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2026	R\$ 698.344,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	03/06/2026	
FIM DE VIGÊNCIA:	25/11/2027	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2027	

6 - PLANO DE TRABALHO**Meta nº: 1**

Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 26.0	Valor: R\$ 698.344,00
Início Previsto: 03/06/2026		Término Previsto: 25/11/2027	Valor Global: R\$ 698.344,00
UF: SP	Município: 7107 - SÃO PAULO		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
Quantidade: 26.0 UN		Valor: R\$ 698.344,00	Início Previsto: 03/06/2026
			Término Previsto: 25/11/2027

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE**

MÊS DESEMBOLSO: Junho		ANO: 2026
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 698.344,00	
DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 698.344,00	PARCELA Nº: 1

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA**

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010894-Computador (Desktop-Avançado)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA REBOUCAS, 381				
CEP: 05401-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SÃO PAULO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 15,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 8.132,00	V.TOTAL: R\$ 121.980,00
OBSERVAÇÃO: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 8 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memória mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidade de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 480 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz (2X8GB). Poderá contar com unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Deverá contar com teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 11 64bits PRO. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.ESPECIFICAR: SIM				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 001673-Centrífuga Refrigerada				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA REBOUCAS, 381				
CEP: 05401-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SÃO PAULO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 108.392,00	V.TOTAL: R\$ 216.784,00
OBSERVAÇÃO: 1. Especificações Técnicas Mínimas: 1.1. Range de temperatura de mínimo de 20°C e range de temperatura máximo de 40°C; 1.2. Deve possuir um rotor de ângulo móvel com força mínima de 1.800G, com 4 caçapas com os seguintes adaptadores: 1.2.1. Deverá possuir 08 (oito) adaptadores para tubos de 15 mL, quantidade mínima de 12 (doze) tubos por adaptador; 1.2.2. Deverá possuir 08 (oito) adaptadores para tubos de 50 mL, quantidade mínima de 07 (sete) tubos por adaptador; 1.3. Os adaptadores e as caçapas devem ser autoclaváveis; 1.4. O sistema do compressor deve ser: 1.5. Inseto de CFC e a gás natural; 1.6. Tampa deve possuir trava eletrônica; 1.7. Deve possuir abertura de emergência; 1.8. Deve possuir timer ajustável, até 99 horas; 59 minutos e modo contínuo; 1.9. Deverá possuir rampa de aceleração e frenagem ajustável; 1.10. Deve ter reconhecimento automático do rotor, identificando os limites de velocidade máxima e a detecção automática do desbalanceamento do rotor; 1.11. Deverá possuir display em LCD, programável para determinação de velocidade, temperatura e do tempo; 1.12. Conter capacidade para armazenamento de no mínimo 5 programas; 1.13. Deve possuir funcionamento silencioso, com ruído máximo de 65 db; 1.14. Deverá possuir dreno no condensador, que evite o acúmulo de água na câmara de centrifugação; 1.15. Alimentação deve ser 220V/60Hz; 1.16. Cabo de força deve ser no padrão brasileiro; 1.17. Deverá possuir sistema de parada automático; 1.18. Dimensões máximas do equipamento: 70 x 75 x 37 cm (PxLxA); 1.19. Peso máximo sem os acessórios: 125 kg.ESPECIFICAR: SIM				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 000220-Banho-Maria					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA REBOUCAS, 381					
CEP: 05401-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SÃO PAULO			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.105,00	V.TOTAL:	R\$ 15.525,00
OBSERVAÇÃO: 1. Especificações Técnicas Mínimas: 1.1. Deve ter capacidade de 10L; 1.2. Deve possuir range de temperatura de 5°C a 120°C 1.3. Deve possuir controlador de temperatura digital; 1.4. O mostrador digital de temperatura, com resolução máxima de 0,1°C; 1.5. Deverá possuir sistema de proteção para superaquecimento; 1.6. Deve possuir sistema de nível com desligamento automático; 1.7. Deve possuir sistema de aquecimento tubular blindada em aço inox; 1.8. Deverá possuir cuba em aço inox, sem emendas ou soldas; 1.9. Deve possuir pintura eletrostática a pó aplicada a quente; 1.10. Deverá possuir tampa em aço inox; 1.11. Deverá possuir programas ajustáveis; 1.12. Deve possuir alarme para indicação de temperatura desejada; 1.13. Dimensões máximas: 350 x 300 300 mm (LxPxA); 1.14. Alimentação elétrica de 220V / 60Hz; 1.15. Plugue do cabo de alimentação elétrica no padrão brasileiro; 1.16. Acessório: 1.16.1. Deverá possuir suporte/estante de aço inox para tubos de 5/15mL. ESPECIFICAR: SIM					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 002059-Centrífuga Laboratorial					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA REBOUCAS, 381					
CEP: 05401-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SÃO PAULO			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 147.255,00	V.TOTAL:	R\$ 147.255,00
OBSERVAÇÃO: TECNOLOGIA TIPO: PARA TUBOS - DE 31 ATÉ 60 AMOSTRAS DIGITAL					
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010482-Citocentrífuga					
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA REBOUCAS, 381					
CEP: 05401-000	UF: SP	MUNICÍPIO: 7107 - SÃO PAULO			
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 3,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 65.600,00	V.TOTAL:	R\$ 196.800,00
OBSERVAÇÃO: 1. Especificações Técnicas Mínimas: 1.1. Deve possuir rotor de ângulo fixo com capacidade mínima de 12 laminas com tampa estanque a aerossóis e com rotação mínima de 2000 RPM, com os seguintes acessórios: 1.1.1. Deve possuir 12 (Doze) adaptadores inox, para laminas de 26x76 mm (LxA); 1.2. Os adaptadores e as caçapas devem ser autoclaváveis; 1.3. Tampa deve possuir trava eletrônica; 1.4. Deve possuir abertura de emergência; 1.5. Deve possuir um sensor da tampa que não permita a partida com a tampa aberta ou sua abertura durante o funcionamento; 1.6. Deve possuir sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação; 1.7. Deve possuir timer ajustável, até 99 horas; 59 minutos e modo contínuo; 1.8. Deverá possuir rampa de aceleração e frenagem ajustável; 1.9. Deve ter reconhecimento automático do rotor, identificando os limites de velocidade máxima e a detecção automática do desbalanceamento do rotor; 1.10. Deverá possuir display em LCD, programável para determinação de velocidade e do tempo; 1.11. Conter capacidade para armazenamento de no mínimo 5 programas; 1.12. Deve possuir funcionamento silencioso, com ruído máximo de 65 db; 1.13. Alimentação deve ser bivolt 127/220 V/60HZ, sem a necessidade de ajustes manuais; 1.14. Cabo de força deve ser no padrão brasileiro; 1.15. Deverá possuir sistema de parada automático; 1.16. Dimensões máximas do equipamento: 65 x 42 x 9,5 (PxLxA) cm; 1.17. Peso máximo sem os acessórios: 15 kg.ESPECIFICAR: SIM					

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 698.344,00	R\$ 698.344,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 698.344,00		

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS